

Lista de Verificación de Carro de Paro

FECHA:

Nº	ASPECTOS A EVALUAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El Carro de Paro se encuentra operativo.				
2	Se verifica distribución adecuada de medicamentos.				
3	El Carro de Paro se encuentra ubicado en un área de fácil acceso para su manejo (libre de obstáculos) y cuenta con registro de apertura.				
4	Verifica el funcionamiento del desfibrilador y aspirador portátil y que se encuentren conectados a la energía eléctrica.				
5	Cuenta con balón de resucitación auto inflables (AMBU y mascarilla facial con sus respectivos conectores).				
6	Se verifica que los cajones se encuentren debidamente lacrado, semaforizados y rotulados externo (rojo, amarillo, verde).				
7	Se verifica la presencia de tijeras y fuente de oxígeno externa.				
8	El Carro de Paro se encuentra limpio, ordenado y con material indispensable para su uso.				
9	Se verifica cada 15 días el estado de los insumos y medicamentos (presentación, lote, cantidad, vencimiento).				
10	Se cuenta con pilas de repuesto y hojas de diferentes tamaños para laringoscopia.				
11	Corresponde el nombre de los cajones a los insumos y medicamentos allí depositados.				
12	Cuenta con registro de stock de insumos y medicamentos, los mismos coinciden con la fecha en que fue lacrado.				

FIRMA DEL RESPONSABLE:



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Moronondcha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente